

Międzyrzecz, dnia 27-07-2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp. pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o. o. w Międzyrzeczu oraz dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr nauk medycznych Radzimira Śmigielskiego Sp. z o. o. w Skwierzynie”.

Działając na podstawie art. 255 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający unieważnia postępowanie.

Uzasadnienie prawne: Art. 255 pkt. 5 ustawy PZP (Dz.U. 2019 poz. 1129).

Uzasadnienie faktyczne: wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

1 przesłanka: połączenie stacji uzdatniania wody ze sterylizatorem w jednym pakiecie: Stacja uzdatnia wody musi być kompatybilna z sterylizatorem. Kompatybilność polegać na bezwarunkowej, bezawaryjnej pracy tych dwóch urządzeń ze sobą. Sterylizator do prawidłowego działania oraz spełniania swojej funkcji musi mieć dostarczoną odpowiednią ilość wody a co ważne odpowiednią jej jakości. Cały system sterylizacji opiera się na parze. Przy użyciu nieodpowiedniej/ niekompatybilnej oraz źle dobranej technologicznie stacji uzdatniania wody grozi szybkim uszkodzeniem sterylizatora- na takie uszkodzenie nie obowiązuje gwarancja.

2 przesłanka: kompatybilność urządzeń spowodują obniżenie kosztów obsługi serwisowej urządzeń. Sterylizator jest urządzeniem pracującym z dużym obciążeniem na bloku operacyjnym, który wymaga szczególnej „opieki” przez specjalistyczny serwis. Dlatego też zakup urządzeń tego samego producenta (kompatybilne) spowodują nie dwie oddzielne usługi serwisowe ale jedną taką usługę. – Opieka jednej firmy serwisowej nie dwóch.

WICESTAROSTA
Zofia Plewa
Zofia Plewa